



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2146388

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

03.04.2017 № 014-796/17

На № _____ от _____

Об отзыве отдельных партий
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информационным письмом уполномоченного представителя производителя Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд., Китай, на территории Российской Федерации ООО «Корвэй» субъектам обращения медицинских изделий, сообщает об отзыве зарегистрированного медицинского изделия «Изделия для взятия проб крови с принадлежностями: Вакуумная пробирка для забора крови IMPROVACUTER®, без коагулянта, 6 мл, размер 13x100 мм», LOT C14010, срок годности до 09-2016, цвет крышки: красный; Переходник многоразовый IMPROVACUTER® для вакуумных систем взятия крови», LOT B95001, срок годности до 12-2017, цвет: белый, производства «Гуанчжоу Импрув Медикал Инструменте Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06624 от 27.04.2010, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие).

Причина отзыва: несоответствие Медицинского изделия требованиям документации производителя.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Корвэй», 197110, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленин, д.8, к.2, офис 47Н, тел.: (812) 677-06-06; обособленное подразделение в Москве: 125445, г.Москва, ул.Смольная, д.24а, офис 1011, тел.: (495) 989-86-90, e-mail: info@corway.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



Приложение к письму Росздравнадзора
от 03 апреля 2017 № 014 - 796/17

ООО «Корвэй» ИНН 7813133345 ОГРН 1027806871454
Главной офис в Санкт-Петербурге:
197110, ул. Большая Зеленин, д.8, к. 2, офис 47Н
Тел./факс: (812) 677-06-06
Обособленное подразделение в Москве:
125445, Москва, ул. Смольная, д.24а, офис 1011
Тел./факс: (495) 989-86-90
www.corway.ru info@corway.ru

Исх. № 29 от «27» января 2017 г.

Субъектам обращения медицинских изделий.

Медицинским организациям

**Информационное письмо
о проведении коррекционных мероприятий**


ООО «Корвэй» сообщает, что Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) была проведена экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий: Вакуумная пробирка для забора крови IMPRPVACUTER®, без коагулянта, 6 мл, размер 13×100 мм, LOT C14010, срок годности до 09-2016, цвет крышки: красный, а также «Переходник многоцветный IMPRPVACUTER® для вакуумных систем взятия крови», LOT B95001, срок годности до 12-2017 производства «Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06624 от 27.04.2010, срок действия не ограничен и выявлены нарушения.

В связи с этим, ООО «Корвэй» просит проверить складские остатки на наличие данных лотов.

В случае обнаружения данных изделий просим:

- 1) Незамедлительно сообщить в ООО «Корвэй» и изъять из оборота.
- 2) Осуществить возврат данной продукции в адрес ООО «Корвэй» для утилизации.

Генеральный директор ООО «Корвэй»



Линд В.А.