



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

05.05.2017 № 024-1124/17

На № _____ от _____

О внесении изменений
в информационное письмо
Росздравнадзора от 18.04.2017
№ 01И-914/17 «О приостановлении
применения медицинского изделия»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения во изменение информационного письма Росздравнадзора от 18.04.2017 № 01И-914/17 «О приостановлении применения медицинского изделия» в связи с технической ошибкой просит считать верным следующую редакцию.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий», в связи с угрозой причинения вреда здоровью граждан при применении медицинского изделия на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора от 05.04.2017 № 13/ГЗ-17-070Э-027, сообщает о приостановлении применения медицинского изделия:

«Отсасыватель хирургический электрический «Armed»: 7 E-D», производства «Джиангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02041 от 27.12.2011, срок действия не ограничен.»

Приказ Росздравнадзора от 18.04.2017 № 3567, приказ Росздравнадзора от 05.05.2017 № 4399 (о внесении изменений в приказ Росздравнадзора от 18.04.2017 № 3567).

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко