



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2166656

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

08.08.2017 № 024-1911/17

На № _____ от _____

Об отзыве отдельных партий
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информационным письмом ОАО «Фирма Медполимер» к субъектам обращения медицинских изделий о проведении корректирующих мероприятий сообщает об отзыве отдельной партии медицинского изделия «Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильные №6 по ТУ 9398-063-00480230-2009», годен до 072019 производства ОАО «Фирма Медполимер», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05942 от 05.07.2016.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 06.06.2017 № 01И-1340/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться к уполномоченному представителю производителя ОАО «Фирма Медполимер» (195279, г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д.69, тел. +7-812-520-64-00, e-mail: medpolimer@medp.spb.ru).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести мероприятия по проверке наличия в обращении указанной партии Медицинского изделия и произвести изъятие из обращения для возврата или замены.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко



МЕДПОЛИМЕР

Санкт-Петербург

Открытое акционерное общество
"Фирма Медполимер"
(ОАО «Фирма Медполимер»)

Шоссе Революции, 69, Санкт-Петербург, 195279

Телефон: (812) 520-64-00, 520-64-05

Факс: (812) 520-64-01, 520-64-08

Отдел продаж: (812) 458-58-30, 458-58-26

E-mail: medpolimer@medp.spb.ru

www.medp.spb.ru

ИНН 7806008745, КПП 780601001

20.07.2017 № 486/08

На № _____

приложение
к письму Росздравнадзора
от 08.08.2017 № 024-194/18

Субъектам обращения
медицинских изделий

Об отзыве
медицинского изделия

ОАО «Фирма Медполимер» сообщает, что на основании информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения N 04-33451/17 от 05.07.17г. отзывает из обращения изделие «Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильный, N6 правый».

ТУ 9398-063-00480230-2009 дата производства 027072016, годен до 072019, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05942 от 05.07.2016 г.

Контактный телефон для обращений: 8 (812)-458-58-42

Генеральный директор

О.В. Свинцова



Тюрина
(812) 5206415