



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

28.08.2017 № 01И-1335/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2173759

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает об информации, поступившей от уполномоченного представителя производителя ООО «Альба Медикал», об отзыве из обращения выявленного на территории Российской Федерации медицинского изделия «Эндотрахеальная трубка с манжетой с рентгеноконтрастной полосой», SIZE: 30 Fr, I.D. 7.5 mm, O.D. 10.0 mm, LOT 1604050, REF FS - 300, дата изготовления 20160422, использовать до 20210421, производства Alba Healthcare LLC, США, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01279 от 21.03.2008, срок действия не ограничен.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 06.06.2017 № 01И-1335/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Альба Медикал» по адресу: 125047, г. Москва, 1-ая Тверская Ямская, дом 25, стр.1, тел.(495) 995-10-71, факс (499) 251-44-55 и по эл. почте [manager@albahealthcare.net](mailto:manager@albahealthcare.net).

Руководитель

М.А. Мурашко