



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2173871

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

25.08.2017 № 01И-2102/17

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «СТОМПОЛИМЕР» уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Зубы искусственные «Сывлах», ТУ 9391-001-65673106-2011, цвет А2, передние верхние, размер 23 А2; передние нижние, размер 23 А2; боковые верхние, размер 23 А2, боковые нижние, размер 23 А2», производства ООО «СТОМПОЛИМЕР», 428027, Россия, Чувашская Республика, Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, офис 114 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. Приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 07.08.2017 № 01И-1895/17 «О незарегистрированном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «СТОМПОЛИМЕР» по тел. (8352) 37-00-92 или электронной почте stompolimer@gmail.com.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Общество с ограниченной ответственностью «СТОМПОЛИМЕР»
428000, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 76 офис 16
Тел. (8352) 37-00-92, email: stompolimer@gmail.com
ИНН 2130084340, КПП 213001001, ОГРН 1112130001697

Исх. 2 от 08.08.2017

Медицинским организациям, реализующим,
использующим медицинское изделие
«Зубы искусственные Сывлах»

Уважаемые партнеры!

В связи с выявленным несоответствием типоразмера зубов по информационному письму Росздравнадзора №01и-1895/17 от 07.08.2017 и дальнейшим внесением изменений в регистрационные документы на медицинское изделие «Зубы искусственные Сывлах» РУ ФСР 2012/13989 от 19.10.2012 года наша компания отзывает зубы Сывлах из обращения на территории РФ для предотвращения использования незарегистрированного медицинского изделия. Просим Вас изъять из обращения (продаж) зубы Сывлах, донести информацию до конечных потребителей (частных клиник и государственных учреждений) и сделать возврат товара транспортными компаниями за наш счет. Денежные средства за товар вам будут перечислены на ваш расчетный счет.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

Директор ООО «СТОМПОЛИМЕР»



Яшкова М.Н.

