



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2181009

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

19.10.2017 № 014-2570/17

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что в связи с проведением коррекционных мероприятий производитель ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО" отзывает из обращения отдельную партию медицинского изделия «Гидрогель с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах и заживления ран, стерильный ГГАО-"АППОЛО" по ТУ 9393-001-42965160-2010», серия 05.2017, производства ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО", Россия, 111123, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09103 от 27.10.2010, срок действия не ограничен.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 07.09.2017 № 01И-2268/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО", тел. +7(495) 380 21 47, +7(495) 215 08 13, электронная почта: info@appolo.ru.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А.Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора
от 19.10.2017 № 01ч - 2570/17



Общество с ограниченной ответственностью
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО»
111123, Россия, г. Москва,
Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.20
Тел./факс: (495)380-21-47, 215-08-13
info@appolo.ru
www.appolo.ru
ОКПО 42965160. ОГРН 102770106983,
ИНН 7709203405. КПП 772001001

Приложение № 1

Служба контроля качества

11.09.2017 г. № 05-14/158

Добровольный отзыв

ООО «ТД «АППОЛО» уведомляет о добровольном отзыве

Наименование	Гидрогель с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах и заживления ран, стерильный ГТАО- «АППОЛО» по ТУ 9393-001-42965160-2010. РУ ФРС 2010/09103 от 27.10.2010 года.
Назначение	Перевязочное средство
Серия	05.2017
Наименование производителя	ООО «ТД «АППОЛО»
Потенциальная опасность и связанный с этим риск	не жизненно важное
Угроза жизни	отсутствует
Угроза здоровью	отсутствует
Безопасность медицинского изделия	подтверждена
Меры, которые следует предпринять потребителям самостоятельно	вернуть данную партию изделия производителю
Контакты для потребителей Номера телефонов и электронная почта для получения дополнительной информации и приема жалоб потребителя	тел. +7(495)380 21 47, +7(495) 215 08 13 info@appolo.ru
Основания	Письмо Росздравнадзора от 07.09.2017 № 01И-2268\17 «О недоброкачественном медицинском изделии»

Генеральный директор



А.Н. Пищуров