



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

26.10.2017 № 024-2686/17  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2180616

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что в связи с проведением коррекционных мероприятий производитель ООО «ТД «АППОЛО» отзывает из обращения отдельную партию медицинского изделия «Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5м x 7см», ГОСТ 1172-93, партия 2, дата выпуска 1 кв. 17, производства ООО «ТД «АППОЛО», Россия, г. Москва, регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00081 от 10.05.2007, срок действия не ограничен.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 06.06.2017 № 01И-1345/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «ТД «АППОЛО», тел. +7(495) 380 21 47, +7(495) 215 08 13, электронная почта: info@appolo.ru.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В.Пархоменко

Приложение к письму Росздравнадзора  
от 26.10.2017 № ОЗН - 2686/17



Общество с ограниченной ответственностью  
«Торговый Дом «Апполо»  
111123, Россия, г. Москва,  
Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.20  
Тел./факс: (495)380-21-47, 215-08-13  
info@apolo.ru  
www.apolo.ru  
ОКПО 42965160, ОГРН 1027700106983,  
ИНН 7709203405, КПП 772001001

Служба контроля качества

30.08.2017 г. № 05-14/153

### Добровольный отзыв

ООО «ТД «АППОЛО» уведомляет о добровольном отзыве

Наименование	Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5м x 7см, ГОСТ 1172-93
Назначение	Перевязочное средство
Дата выпуска	1 кв.17, 02.2017
Партия	Партия 2
Годен до	02.2022
Наименование производителя	ООО «ТД «АППОЛО»
Потенциальная опасность и связанный с этим риск	не жизненно важное
Угроза жизни	отсутствует
Угроза здоровью	отсутствует
Безопасность медицинского изделия	подтверждена
Меры, которые следует предпринять потребителям самостоятельно	вернуть данную партию изделия производителю
Контакты для потребителей Номера телефонов и электронная почта для получения дополнительной информации и приема жалоб потребителя	тел. +7(495)380 21 47, +7(495) 215 08 13 <a href="mailto:info@apolo.ru">info@apolo.ru</a>
Основания	Письмо Росздравнадзора от 06.06.2017 № 04-28567/17 «О необходимости принятия мер на основании результатов экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия Отрицательное заключение ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора от 21.04.2017 № 13/ГЗ-17-0973-027

Генеральный директор



А.Н. Пищуров