



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2191506

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

29.12.2017 № 014-3292/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «ТД «АППОЛО», производителя медицинского изделия «Комплект индивидуальный противоожоговый по ТУ 9398-050-42965160-2012 в составе», серия 6.05.17, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13621 от 29.06.2012, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: выявленные несоответствия комплекту регистрационной документации в части комплекта поставки.

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю ООО «ТД «АППОЛО» по адресу: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20, тел./факсу: (495) 380 21 47, 215-08-13, e-mail: provizor@appolo.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Общество с ограниченной ответственностью  
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО»  
111123, Россия, г. Москва,  
Шоссе Энгусиастов, д.56, стр.20  
Тел./факс: (495)380-21-47, 215-08-13  
provizor@appolo.ru  
www.appolo.ru  
ОКПО 42965160, ОГРН 1027700106983,  
ИНН 7709203405, КПП 772001001

Служба контроля качества

**04.12.2017 г. № 05-14/350**

### Отзыв медицинского изделия

Наименование	Комплект индивидуальный противоожоговый (ранозаживляющий) по ТУ 9393-050-42965160-2010. РУ ФСР 2012/13621 от 27.07.2012 года.
Назначение	Перевязочное средство
Серия	6.05.2017
Дата изготовления	05.2017
Наименование производителя	ООО «ТД «АППОЛО»
Потенциальная опасность и связанный с этим риск	не жизненно важное
Угроза жизни	отсутствует
Угроза здоровью	отсутствует
Безопасность медицинского изделия	подтверждена
Меры, которые следует предпринять потребителям самостоятельно	вернуть данную партию изделия производителю с целью обмена на соответствующую
<b>Контакты для потребителей</b> Номера телефонов и электронная почта для получения дополнительной информации и приема жалоб потребителя	тел. +7(495)380 21 47, +7(495) 215 08 13  <a href="mailto:info@appolo.ru">info@appolo.ru</a>
Основания	Письмо Росздравнадзора от 22.11.2017 № 04-55766/17 «О предоставлении информации» Отрицательное заключение от 17.08.2017 №13/ГЗ-17-347О-027

Генеральный директор



А.И. Пищуров