



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2199518

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

20.02.2018 № 01И-415/18
На № _____ от _____

Об отзыве и/или замене
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с поступившей информацией от производителя ООО «ТД «АППОЛО» сообщает об отзыве медицинского изделия «Пакет перевязочный медицинский первой помощи с одной подушечкой стерильный АППОЛО по ГОСТ 1179-93», дата изготовления 2 кв.16, производства ООО «ТД «АППОЛО», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07563 от 04.05.2010, срок действия не ограничен (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 29.12.2017 № 01И-3328/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «ТД «АППОЛО» по тел. +7 495 9802147, +7 495 2150813, e-mail: info@appolo.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



16 ЯНВ 2018

от

20.01.2018 № 014-476/18

Росздравнадзор
Принято без проверки

Общество с ограниченной ответственностью
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО»
111123, Россия, г. Москва,
Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.20
Тел./факс: (495)380-21-47, 215-08-13
provizor@appolo.ru
www.appolo.ru
ОКПО 42965160, ОГРН 1027700106983,
ИНН 7709203405, КПП 772001001

Служба контроля качества

15.01.2018 г. № 05-14/002**Отзыв медицинского изделия**

Наименование	Пакет перевязочный медицинский первой помощи с одной подушечкой стерильный АППОЛО по ГОСТ 1179-93. РУ ФСР 2010/07563 от 04.05.2010 года.
Назначение	Перевязочное средство
Дата изготовления	2 квартал 2016
Наименование производителя	ООО «ТД «АППОЛО»
Потенциальная опасность и связанный с этим риск	не жизненно важное
Угроза жизни	отсутствует
Угроза здоровью	отсутствует
Безопасность медицинского изделия	подтверждена
Меры, которые следует предпринять потребителям самостоятельно	вернуть данную партию изделия производителю
Контакты для потребителей Номера телефонов и электронная почта для получения дополнительной информации и приема жалоб потребителя	тел. +7(495)380 21 47, +7(495) 215 08 13 info@appolo.ru
Основания	Письмо Росздравнадзора от 29.12.2017 № 04-63211/17 «О необходимости принятия мер на основании результатов экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия»

Генеральный директор



А.Н. Пищуров