



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

05.03.2018 № 014-552/18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2211128

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «ВОЛОТЬ», производителя медицинского изделия «Волоть™. Нити хирургические с иглами атравматическими и нити хирургические в отрезках ТУ 9432-002-24648800-2010, ПГА – лак нить фиолетовая полигликолидная с L-ЛАКТИДОМ (90:10) с покрытием рассасывающаяся плетёная USP 4-0, metric 1.5, cm 45, игла режущая 3/8, 26 мм, ИАКПл-3/8-26-Р × 1,5 (4-0) ПГА-лак плетёная/45», LOT 2750-9, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07849 от 24.06.2010, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 09.01.2017 № 01И-26/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю ООО «ВОЛОТЬ» по тел./факсу: (4872) 72-69-93, 72-68-37, 72-68-61, 72-70-68, (495) 926-58-07.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОЛОТЬ»

(ООО «ВОЛОТЬ»)

пос. Октябрьский, Ленинский район, Тульская область, 301137

тел./факс (4872) 72-69-93, 72-68-37, 72-68-61, 72-70-68, (495)926-58-07.

e-mail: inbox@volot.ru, tulasec@mail.ru; <http://www.volot.ru/>

ОКПО 24648800 ОГРН 1027101729984 ИНН/КПП 7130002227/713001001

11.01.18

№ 10

На № 01И-26/17 от 09.01.2017

№ 04-40028/17 от 16.08.17

Отзыв продукции

Субъектам обращения медицинских изделий
на территории РФ

Руководителю Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения

109074, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.

ООО «Волоть» сообщает о добровольном отзыве медицинского изделия ИАКПл-3/8-26-Rx1,5(4/0)ПГА-лак плетеная/45 по ТУ 9432-002-24648800-2010 LOT 2750-9 дата выпуска - 10.2015 г. (далее – МИ).

Данные МИ могут быть возвращены в ООО «Волоть» (за счет ООО «Волоть») или, по желанию Заказчика, могут быть заменены на аналогичные изделия надлежащего качества.

При возникновении вопросов, связанных с данным информационным письмом, просьба обращаться в отдел маркетинга и сбыта ООО «Волоть» по тел./факс (4872) 72-69-93, 72-68-37, 72-68-61, 72-70-68, (495)926-58-07.

Генеральный директор

« 11 » сентября 2018 г.

