



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

02.04.2018 № 014-770/18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2215017

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от уполномоченного представителя производителя ООО «Арсенал» медицинского изделия «Qlance 21G 1,8 mm», lot 20161016, Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13043 от 22.10.2012, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 14.12.2017 № 01И-3115/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Арсенал» по тел.: 8 (383)251-00-27, 330-24-84.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

8 694-667-027 Полная
8 664-848-445 Юридическая
8 692-670-984 Язык



8 (383) 281-00-27, 330-24-84 | 8 800 505-46-23

arsenal@ngs.ru

arsenal.ru

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,
стр. 1

**Информационное письмо
Об отзыве или замене несоответствующего медицинского изделия**

Настоящим письмом Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал» (ООО «Арсенал») в ответ на Уведомление об отзыве и/или замене несоответствующих медицинских изделий № 04-3114/18 от 22.12.2017г. сообщает следующее:

В связи с возможным остаточным наличием на рынке РФ медицинских изделий «Qlance 21G 1,8 mm», lot 20161016, производства «Сучжоу Чжэнь У Медикал Сьючере энд Сьючере Нилдс Фэктори», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13043 от 22.10.2012, в целях исправления ситуации уведомляем о возврате или замене партии медицинских изделий «Qlance 21G 1,8 mm» lot 20161016 производства «Сучжоу Чжэнь У Медикал Сьючере энд Сьючере Нилдс Фэктори», Китай.

Предлагаем уведомить поставщика или непосредственного импортёра о наличии указанных медицинских изделий с указанием реквизитов точного неиспользованного количества партии медицинских изделий «Qlance 21G 1,8 mm» lot 20161016 для дальнейшего возврата или замены.

Обязуемся принять к возврату или замене медицинские изделия «Qlance 21G 1,8 mm» lot 20161016, а также осуществить мероприятия по возврату или замене данного медицинского изделия.

Приносим свои извинения и надеемся на скорейшее разрешение возникшей ситуации.

Директор ООО «Арсенал»



Колганов Сергей Юрьевич

ООО «Арсенал»
ОГРН: 60818287
ИНН: 5408288832
КПП: 540801001

СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
г. НОВОСИБИРСК
БИК 046004641
№/с 30381810600000000041
№/с 40702810044080011842

630080 Новосибирск
ул. им. Николаева, 18, оф. 4