

Общество с ограниченной ответственностью  
«ФАРМКОМПЛЕКТ»  
(ООО «Фармкомплект»)

140150, Московская область, Раменский район,  
рабочий поселок Быково, ул. Аэропортовская,

д.14, корпус Е

Тел.: +7 (929) 959-73-14

<http://www.pharm.nnov.ru>

02.04.2018 № 49

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Субъектам обращения лекарственных средств

### Уведомление

Доводим до Вашего сведения, что к письму Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 01и-640/18 от 15.03.2018 о недоброкачественном медицинском изделии «Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная по ГОСТ 5556-81», серии 55, производства ООО «Емельянь Савостинь. Ватная фабрика», Россия, вышло разъяснение от производителя №61/ф от 26.03.2018г. о том, что подлежат возврату «Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная по ГОСТ 5556-81», серии 55, фасованная по 250г.

В связи с этим просим ранее забракованное изделие «Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная по ГОСТ 5556-81», серии 55, фасованная по 50г, производства ООО «Емельянь Савостинь. Ватная фабрика», Россия, вывести из зоны карантина и выпустить в гражданский оборот.

Специалист по сертификации

Седова Е.Ю.



26.03.2018 № 61/9  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
**«Емельянов Савостин. Ватная фабрика»**  
391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский район, с. Екшур  
Тел : +7 (4912) 50-22-20, тел./факс: +7 (49142) 2-43-40  
E-mail: tdes@list.ru www.vata.org  
ОКПО 44881728 ОГРН 1026200557525  
ИНН/КПП 6205003641/620501001

Всем заинтересованным лицам

**Уважаемые клиенты!**

В связи с опубликованием информационного письма Росздравнадзора № 01и-640/18 от 15.03.2018г. о несоответствии требованиям технической документации характеристик медицинского изделия «Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная по ГОСТ 5556-81», довожу до вашего сведения, что согласно экспертному заключению № 13/ГЗ-18-0243-027 от 13.02.2018г. «Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная по ГОСТ 5556-81» производства ООО «Емельянов Савостин», выпущенная 15.08.2016 г., фасованная по 250 грамм, серии 55, подлежит обмену.

Прошу сообщить данные по количеству, подлежащему замене.

**Контактные телефоны для обращения:**

Телефон/телефакс: +7 (49142) 2-43-40


Директор: Губанов Вячеслав Андреевич - +7 (49142) 2-67-24

Коммерческий директор: Бурцева Наталия Александровна - +7 (4912) 50-22-20

Зам.директора по качеству: Голованчикова Ольга Николаевна - +7 (49142) 2-99-91

С уважением,

Директор



В.А.Губанов