



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2217040

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

16.04.2018 № 01И-937/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве и/или замене  
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с поступившей информацией от производителя ООО ПКФ «Ахтамар» сообщает об отзыве медицинского изделия «Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см по ГОСТ 1172-93», дата стерилизации 2017-09, производства ООО ПКФ «АХТАМАР», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12070 от 10.10.2011, срок действия не ограничен (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 28.02.2018 № 01И-455/18 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО ПКФ «АХТАМАР» по тел. +7 4932 23-25-38, +7 4932 23-25-45, e-mail: ahtamar@bk.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



от 16.04.2018 № 01И-937/18

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА



ООО ПКФ "Ахтамар", ОКПО 16758213, ОГРН 1033700055344  
Россия, 153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, 44  
Тел./факс: (4932) 23-25-38, 23-25-47; e-mail: ahtamar@bk.ru  
Интернет: www.ahtamar.ru

02.03.2018 № 19

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

*Уважаемые партнеры!*

Сообщаем Вам, что в соответствии с письмом № 01И-455/18 от 28.02.2018г., Росздравнадзором РФ, было приостановлено применение изделия медицинского назначения, выпускаемого нашей фирмой, а именно:

**«БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 5м×10см по ГОСТ 1172-93»  
дата стерилизации 2017-09, производства ООО ПКФ «Ахтамар».**

В случае наличия данного изделия у Вас в обращении, необходимо произвести возврат данной продукции.

Возврату подлежит ИМН «БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 5м×10см по ГОСТ 1172-93» дата стерилизации 2017-09.

**ВАЖНО!** Только типоразмер 5м×10см с датой стерилизации только 2017-09 !

По вопросам возврата указанной продукции, просим Вас обращаться:

153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д. 44

Тел./факс: 8 (4932) 23-25-38, 23-25-47

E-mail: ahtamar@bk.ru

С уважением,

Генеральный директор



М.Г. Лукьянов