



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

22.05.2018 № СИ - 1268/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2227120

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «НЬЮФАРМ», производителя медицинского изделия «Отрез марлевый медицинский нестерильный, ГОСТ 16427-93, размер 500х90 см», дата изготовления 2016 г, производства ООО «НЬЮФАРМ», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03655 от 20.11.2008 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 03.04.2018 № 01И-816/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «НЬЮФАРМ» по тел. (49331) 2-00-63, 3-70-12.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



ООО «НЬЮФАРМ»

155800 Ивановская область,

г.Кинешма, ул.Шуйская д.1

ИНН 3703015180

Тел./факс (49331) 2-00-63

e-mail: info@n-farm.ru

Исх. №103

от 20.04.2018г.

Всем заинтересованным лицам

Уважаемые клиенты!

Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ» сообщает, что согласно письма Росздравнадзора №04-14060/18 от 03.04.2018 о выявлении в обращении на территории Российской Федерации недоброкачественного медицинского изделия «Отрез марлевый медицинский нестерильный, ГОСТ 16427-93, размер 500х90см», дата изготовления 2016 год, производства ООО «НЬЮФАРМ», 155800, Россия, Ивановская область, Кинешемский район, г.Кинешма, ул.Шуйская, д.1, регистрационное удостоверение №ФСР 2008/03655 от 20.11.2008, срок действия не ограничен, в связи с несоответствием требованиям ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрез марлевые медицинские. Технические условия» и требованиям нормативной документации производителя, содержащейся в комплекте данной регистрационной документации, отзывает из обращения вышеуказанную продукцию для утилизации.

**Контактные телефоны для обращения:**

Телефон/факс: +7 (49331) 2-00-63, 3-70-12

Директор: Судаков Александр Юрьевич, доб. 102

Руководитель коммерческого отдела: Бобышева Наталья Юрьевна, доб. 109

Начальник отдела маркетинга: Баскакова Марина Александровна, доб. 108

С уважением,

Директор ООО «НЬЮФАРМ»



/А.Ю.Судаков/