



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2227934

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

04.06.2018 № 034-1399/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «МиниМед», производителя медицинского изделия «Контейнер лаб. для проб стерильный с завинч. крышкой, ТУ 9464-018- 29508133-2014, 120 мл одноразовый инстр.», партия № 04, дата производства 04.2017, производства ООО «МиниМед», Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5591 от 07.04.2017(далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 28.04.2018 № 01И-1066/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю в ООО «МиниМед» по тел. 8-800-100-48-32, по e-mail: info@minimed.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

И.Ф. Серёгина

Приложение к письму Росздравнадзора  
от 04.06.2018 № 034-1399/18.



241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район,  
с. Супонеево, ул. Шоссейная, 17 А  
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62  
Многоканальный номер - 8-800-100-46-32  
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

www.minimed.ru e-mail: info@minimed.ru

Р/с 40702810200047104303  
К/с 301018107000000000716  
ИНН 3234007127

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Туле г. Тула  
КПП 320701001 БИК 047003716  
ОГРН 1023202138332 ОКПО 29508133

Исх. №130 от 07.05.2018г.

Субъектам обращения медицинских изделий  
Руководителям лечебно-профилактических учреждений  
Руководителям предприятий оптово-розничной торговли

Уважаемый коллеги!

В ответ на информационное письмо №01и-1066/18 от 28.04.2018г. о выявлении в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Контейнер лабораторный для взятия проб стерильный по ТУ 9464-018-29508133-2014, 120 мл с завинч. крышкой» партия №04, дата производства 04.2017, производства ООО «МиниМед», Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5591 от 07.04.2017, срок действия не ограничен, сообщаем следующее:

Изделие «Контейнер лабораторный для взятия проб стерильный по ТУ 9464-018-29508133-2014, 120 мл с завинч. крышкой» партия №04, дата производства 04.2017, производства ООО «МиниМед», Россия, изъято из оборота. Нереализованные партии товара подлежат возврату в адрес ООО «МиниМед», Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с.Супонеево, ул.Шоссейная, 17а. Все затраты, связанные с физическим возвратом указанного изделия ООО «МиниМед» берет на себя.

С уважением,  
Директор ООО «МиниМед»



Азбукин В.Р.