



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

04.07.2018 № 014-1664/18
На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2232047

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «МедПак», производителя медицинского изделия «Контейнер МП-01-«МедПак» для сбора острого инструментария (одноразовый), ТУ 9398-002-84354588-2009», производства ООО «МедПак», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06509 от 24.08.2016 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 07.12.2017 № 01И-3052/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю ООО «МедПак» (141002, г. Мытищи, ул. Колпакова 2, корпус 1) по тел. 8 (495) 645-04-79.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора

от 04.07.2018 № 014-1664/18

ООО "МедПак"

№ 3/23 от 28.05.2018 г.Руководителю Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения
(Росздравнадзор)109074, г. Москва, Славянская пл. 4, стр. 1
М.А. Мурашко.От ООО «МедПак»
Московская область, г. Мытищи, 141002
Ул. Колпакова, д.2, корп. 1

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уведомляем всех покупателей и потребителей ООО «МедПак» об изъятии из оборота и снятии с производства изделия Контейнер МП-01-«МедПак» для сбора острого инструментария класса Б



в связи с выявленными несоответствиями по качеству в части герметичности крышки контейнера, в соответствии с п.1.3.4 ТУ 9398-002-84354588-2009. (Вода просачивается через крышку контейнера).

Для возмещения затрат или замены изделия на товар соответствующего качества просим обратиться к своему Поставщику или по адресу производителя ООО «МедПак» 141002, г. Мытищи, ул. Колпакова 2, корпус 1.

Генеральный директор
ООО «МедПак»

М.А. Кольцов