



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2245043

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

06.08.2018 № 014-1902/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Медицинское предприятие «Симург», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Зонд «Юнона»: цервикальная щетка, ТУ ВУ 300046934.013-2008», серия № 2016-10, производства ЗАО «Медицинское предприятие «Симург», Республика Беларусь, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04877 от 03.08.2009 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя в ООО «Медицинское предприятие «Симург» по тел. (812) 3329170, по эл. адресу: office@mp-simurg.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



Общество с ограниченной ответственностью  
**«Медицинское предприятие «Симург»**

Исх № 57/18 от 24. 07.2018  
г. Санкт-Петербург

**Уведомление об отзыве**

медицинского изделия Зонд «Юнона» по ТУ ВУ 300046934.013-2008:

**Зонд «Юнона»: цервикальная щетка (серия 2016-10, использовать до 2021-10)**  
производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь, РУ № ФСЗ  
2009/04877 от 03.08.2009.

**Уважаемый пользователь и потребитель!**

Цель настоящего письма - сообщить Вам, что ООО «Медицинское предприятие «Симург»  
отзывает медицинское изделие Зонд «Юнона» по ТУ ВУ 300046934.013-2008:

**Зонд «Юнона»: цервикальная щетка (серия 2016-10, использовать до 2021-10)**  
производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь, РУ № ФСЗ  
2009/04877 от 03.08.2009.

Причина отзыва: уведомление №10-26371/18 от 13.06.2018 о необходимости принятия  
мер на основании результатов экспертизы на медицинское изделие Зонд «Юнона»:  
цервикальная щетка по ТУ ВУ 300046934.013-2008 (серия 2016-10, использовать до 2021-10)  
производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь, РУ № ФСЗ  
2009/04877 от 03.08.2009, в связи с несоответствием сведениям, содержащимся в комплекте  
регистрационной документации сообщаем:

**Действия, которые должны быть предприняты пользователем:**

1. Ознакомиться с Уведомлением об отзыве.
2. Проверить наличие на складе указанной серии медицинского изделия.
3. Отправить заявку на электронный адрес нашего предприятия (e-mail: [office@mp-simurg.ru](mailto:office@mp-simurg.ru)) с количества несоответствующей продукции.

Мы приносим извинения за любые неудобства, причиненные вашему учреждению.

По всем вопросам, касающимся данного отзыва, вы можете обратиться в ООО «Медицинское  
предприятие «Симург» Электронный адрес [office@mp-simurg.ru](mailto:office@mp-simurg.ru), телефон (812)3329170

Генеральный директор  
ООО «Медицинское предприятие «Симург»



/Тетюев С.П./