



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2245008

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

03.08.2018 № 01И-1872/18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Медицинское предприятие «Симург», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Зонд «Юнона»: цитошетка+, ТУ ВУ 300046934.013-2008», партия 2016-10-5142, использовать до 2021-10, производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04877 от 03.08.2009 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 29.05.2018 № 01И-1351/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Медицинское предприятие «Симург» (см. приложение).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

от 03.08.2018 № 014-1872/18



Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинское предприятие «Симург»

Исх № 31/18 от 20. 06.2018
г. Санкт-Петербург

Уведомление о отзыве

медицинского изделия Зонд «Юнона» по ТУ ВУ 300046934.013-2008:

Зонд «Юнона»: цитощетка +, (партия 2016-10-5142, использовать до 2021-10)
производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь, РУ № ФСЗ
2009/04877 от 03.08.2009.

Уважаемый пользователь и потребитель!

Цель настоящего письма - сообщить Вам, что ООО «Медицинское предприятие «Симург»
отзывает медицинское изделие Зонд «Юнона» по ТУ ВУ 300046934.013-2008:

Зонд «Юнона»: цитощетка +, (партия 2016-10-5142, использовать до 2021-10)
производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь, РУ № ФСЗ
2009/04877 от 03.08.2009.

Причина отзыва: уведомление №04-23775/18 от 29.05.2018 о необходимости принятия
мер на основании результатов экспертизы на медицинское изделие Зонд «Юнона»:
цитощетка + ТУ ВУ 300046934.013-2008, (партия 2016-10-5142, использовать до 2021-10)
производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь, РУ № ФСЗ
2009/04877 от 03.08.2009, в связи с несоответствием сведениям, содержащимся в комплекте
регистрационной документации сообщаем:

Действия, которые должны быть предприняты пользователем:

1. Ознакомиться с Уведомлением об отзыве.
2. Проверить наличие на складе указанной серии медицинского изделия.
3. Отправить заявку на электронный адрес нашего предприятия (e-mail: office@mp-simurg.ru) с количеством несоответствующей продукции.

Мы приносим извинения за любые неудобства, причиненные вашему учреждению.

По всем вопросам, касающимся данного отзыва, вы можете обратиться в ООО «Медицинское
предприятие «Симург». Электронный адрес office@mp-simurg.ru, телефон (812)3329170

Генеральный директор

ООО «Медицинское предприятие «Симург»



/Гетоев С.П./