



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

09.11.2018 № 024-2675/18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «АКВИКОМП», производителя медицинского изделия «Пакет для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов неопасные отходы класс А изготовлено с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 ТУ 9398-001-13382032-2008, размер 600*1000», партия (смена) 3-1, код АМП110А, дата производства 12.11, производства ООО "АКВИКОМП", Россия, 142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Ильича, Промплощадка № 1, стр. 2, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05513 от 03.09.2015 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 06.09.2018 № 01И-2165/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «АКВИКОМП» по e-mail: info@avikomp.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко



ООО «АКВИКОМП»
142402, Московская обл., г. Ногинск, ул. Ильича, промплощадка № 1,
строение 2, этаж 1, помещение 1 • ИНН/КПП 5031053548/503101001
Телефон – 8 (496) 519-20-10 • email: info@avikomp.ru • www.akvikomp.ru

исх. № 56 от «28» сентября 2018 г.

Руководителю Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения

М.А. Мурашко

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уведомляем всех покупателей и потребителей ООО «АКВИКОМП» об изъятии изделий «Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов, 600x1000 мм, класс А неопасные отходы ТУ 9398-001-13382032-2008, партия (смена) 3-1, код: АМП110А, дата производства 12/11 в связи с выявленными несоответствиями.

Для замены изделия на товар соответствующего качества просим обратиться к своему Поставщику или по адресу производителя ООО «АКВИКОМП»: 142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Ильича, промплощадка №1, строение 2.

Директор ООО «АКВИКОМП»



М.В. Андресонов