



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

28.12.2018 № 01И-3118 / 18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2272513

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от производителя Troge Medical GmbH медицинского изделия «TRO-MICROSTIC Скарификатор стерильный», LOT 540-17-G13E, производства Troge Medical GmbH, Германия, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11220 от 12.12.2011, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 08.08.2018 № 01И-1939/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Фогт Медикаль» по тел./факс. (495) 921-15-81.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



1395640



TROGE MEDICAL GMBH

TROGE MEDICAL GMBH · Milchstrasse 19 · D-20148 Hamburg

Субъектам обращения медицинских изделий
В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Milchstrasse 19
D-20148 Hamburg

Fon +49 40 / 44 18 44-0
Fax +49 40 / 410 73 03
web trogemedical.de
e-mail info@trogemedical.de

Deutsche Bank AG
IBAN DE58 2007 0000 0527 0020 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDE33

19.11.2018, г. Гамбург

Информационное письмо

На основании письма от РОСЗДРАВНАДЗОРА № 10-35831/18 от 08.08.2018 г. настоящим сообщаем о приостановлении применения изделия медицинского назначения «TRO-MICROSTIC, скарификатор стерильный», РУ № ФСЗ 2011/11220 от 12.12.2011, срок действия регистрационного удостоверения не ограничен, LOT 540-17-G13E, артикулярный номер 63300.

По вопросам замены или возврата указанной партии просим обращаться к нашему уполномоченному представителю в РФ:

ООО „Фогт Медикаль“

ул. Одесская, д. 2, пом. VII, ком. 26
117638, г. Москва

Тел./Факс: +7 (495) 921-15-81

E-mail: vm.russia@vogt-medical.com

Руководитель отдела качества компании

Troge Medical GmbH

A. Pierzan
Алессия Пьерсанги

