



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2273292

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

15.01.2019 № 01И-102/19

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «МР МЕД», производителя медицинского изделия «Зонд гинекологический MR одноразовый стерильный. Универсальный: тип А», LOT: 171348, производства «НИНГБО ХАЙ-ТЕК ЮНИКМЕД ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.», Китай, регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2325 от 27.02.2017 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 27.11.2018 № 01И-2800/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю ООО «МР МЕД» по телефону +7 812 647-74-47.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 93 А, ИНН 7838048109, тел. (812) 647-74-47
ООО «MR MED»

Исх. б/н от 3 декабря 2018 г

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

На основании писем РОСЗДРАВНАДЗОРА №01u-2800/18 от 27.11.2018 г. и № 01u-2805/18 от 27.11.2018 г необходимо произвести возврат товара Медицинское изделие «Зонд гинекологический MR одноразовый стерильный Универсальный: тип А», ЛОТЫ 171348 и 171392 производства «НИНГБО ХАЙ-ТЕК ЮНИКМЕД ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД» Китай, регистрационное удостоверение №РЗН 2015/2325 от 27.02.2017, приобретенного у компании ООО «MR MED», с целью предотвращения обращения их на территории Российской Федерации

Процедуру возврата товара согласовывать по телефону +7 812 647-74-47

Генеральный директор
ООО «MR MED»

"3" /х/ 2018 г.

