



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

05.04.2019 № 014-914/19

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2274299

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Трубки дам катетеризации, анестезиологии и реанимации, вариант исполнения ВАКУТЕК Fr10, длина 500 (+10) мм». Аспирационный катетер с вакуум-контролем. Тип «Вакон». С рентгеноконтрастной полосой», номер партии 20170530, производства «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», КНР, регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 09.01.2019 № 01И-1/19 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» по тел: +7 (812) 622-10-15.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Закрытое Акционерное Общество «МЕДИТЕК «Знамя Труда»



Россия, 195027, город Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская д. 11, Лит. А.

e-mail: info@meditecz.ru www.meditecz.ru

Тел. +7 (812) 622 10 15

р/с 40702810210000006804 в Филиал Оперу ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге

БИК 044030704 к/с 30101810200000000704

ИНН 7806410284 КПП 780601001

Исх. № 22/от 15.02.2018г

Кому:

Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо

Настоящим письмом информируем, что импортируемое нами медицинское изделие:

- 1) «Трубки для катетеризации, анестезиологии и реанимации Аспирационный катетер с вакуум-контролем. Тип Вакон, Вариант исполнения Вакутек Fr18 производства «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», КНР, Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016г. партия 20170530.
- 2) «Трубки для катетеризации, анестезиологии и реанимации Аспирационный катетер с вакуум-контролем. Тип Вакон, Вариант исполнения Вакутек Fr10 С рентгеноконтрастной полосой партия 20170530.. Производства «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», КНР, Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016г.

изъято из торгового оборота на основании Письма Росздравнадзора от 09.01.2019г. №04-4/19 и подлежит возврату Поставщику данного товара или уполномоченному представителю ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» по адресу:

Россия, 195027, город Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская д. 11, Лит. А.

С уважением,
Генеральный директор



Крупницкий Д.Е.