



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

25.04.2019 № 01И-1125/19
На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ЗАО "Фирма "Домен", сообщает об отзыве медицинского изделия «Держатель вакуумных систем одноразовый механический Артикул «ДВС-М», по ТУ 9435-001-54215085-2009», дата производства партии 02.09.2014, производства ЗАО "Фирма "Домен", Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 56, лит. Н, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении № ФСР 2010/07179 от 18.05.2015 (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 11.03.2019 № 01И-693/19 «О незарегистрированном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ЗАО "Фирма "Домен", по адресу: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.12, корп.2, лит.А., тел./факс (812) 327-75-85, электронной почте: site@domen.sp.ru.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А.Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора

от 25 АПР 2019 № 014-1125/19*Домен*

Исх. № 31от 11.03.2019 г.



1423987

Об отзыве из обращения медицинского изделия

.. Федеральную службу по надзору в
сфере здравоохранения
109074, Москва,
Славянская пл., д. 4, стр. 1

ЗАО «Фирма «Домен» отзывает из обращения медицинское изделие «Держатель вакуумных систем механический одноразовый «ДВС-М» по ТУ 9435-001-54215085-2009, дата производства партии 02.09.2014, производства ЗАО «Фирма «Домен», на основании Письма Росздравнадзора №014-693/19 от 11.03.2019.

Генеральный директор

Субботина Наталья Викторовна



Е.М. Астапенко