



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2314561

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

18.07.2019 № 01И-1762/19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве  
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «КЭРРОТ», производителя медицинского изделия «Емкость-контейнер, нестерильный для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов. 60 мл. ТУ 9398-001-69004520-2011», партия 10215, производства ООО «КЭРРОТ», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12176 от 05.02.2015, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 22.01.2018 № 01И-138/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «КЭРРОТ», по адресу: Россия, 121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д.16, стр.4А, комн.15; тел.: +7 (985) 970-01-40; e-mail: oookerrot@mail.ru

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора  
от 18.07.2019 № ОИЧ-1762/19

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КЭРРОТ»**

**ОГРН 1107746961739 ИНН 773035165**

121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д. 16, стр. 4А, комн. 15  
[rookerrot@mail.ru](mailto:rookerrot@mail.ru) +7 (985) 970-01-40

Органам управления здравоохранением  
Субъектов Российской Федерации

Медицинским организациям

Общество с ограниченной ответственностью «КЭРРОТ» сообщает об отзыве медицинского изделия: «Емкость-контейнер нестерильная для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов, 60мл, ТУ 9398-001-69004520-2011» партия 10215, дата изготовления 10.2015г., как не соответствующее требованиям технической документации производителя.

Возврат просим произвести транспортными компаниями, до терминала в г. Москва, за счет ООО «КЭРРОТ». Данная продукция будет обезврежена в соответствии с Постановлением правительства РФ от 12.12.2015г № 1360.

Обмен и поставка в Ваш адрес доброкачественной продукции, соответствующей ТУ 9398-001-69004520-2011 с изм.1 будет осуществлена в течении 10 дней за счет ООО «КЭРРОТ».

Генеральный директор  
ООО «КЭРРОТ»



А.А. Пантелеев