



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

20 ФЕВ 2020

№

0211-347/20

На №

от

Об отзыве медицинского изделия



2353027

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от уполномоченного представителя производителя ООО «СЛУЖБА КРОВИ» медицинского изделия «СК-FLON (СК-ФЛОН) Катетер (канюля) внутривенный, стерильный однократного применения с крыльями и инъекционным портом 24G, 0,7x19 mm, 23 ml/min», LOT 180885/354, дата производства 2018-11, производства «Disposafe Health and Life Care Limited», India, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении от 06.07.2017 № РЗН 2017/5585, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 25.11.2019 № 01И-2862/19 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «СЛУЖБА КРОВИ» по телефону: 8(495)987-20-87.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко



от 20 ФЕВ 2020
ООО «СЛУЖБА КРОВИ»

Приложение к письму Росздравнадзора
№ 0624-3447/20
Приложение к письму
ООО «СЛУЖБА КРОВИ»
от 29.01.2020г. № 29-01

Р/с 40702810700001450893 в АО «Райффайзенбанк»,
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
ИНН 7743068516 / КПП 772401001, 117405,
г. Москва, ул. Дорожная, д. 60Б, 1 этаж, офис 112, пом.1
Тел/факс: (495) 987-20-87; e-mail: slkr@yandex.ru, www.slkr.ru

[Субъектам обращения
медицинских изделий]

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Уважаемые партнеры!

ООО «СЛУЖБА КРОВИ» является уполномоченным представителем компании «Disposafe Health and Life Care Limited» («Диспосэйф Хелс энд Лайф Кеа Лимитед»), Индия, производителя медицинского изделия «Катетеры (канюли) внутривенные, стерильные однократного применения в вариантах исполнения с принадлежностями», Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5585 от 05.12.2019.

Информируем Вас об отзыве из обращения медицинского изделия «Катетер (канюля) внутривенный, стерильный однократного применения с крыльями и инъекционным портом СК-FLON (СК-ФЛОН) 24G, LOT 180885/354, дата производства 11-2018», на основании письма, размещенного на сайте Федеральной службы в сфере здравоохранения №01и-2862/19 от 25.11.2019г. «О недоброкачественном медицинском изделии».

Просим предпринять следующие действия:

1. Провести проверку наличия на складах медицинского изделия «Катетер (канюля) внутривенный, стерильный однократного применения с крыльями и инъекционным портом СК-FLON (СК-ФЛОН)» 24G, LOT 180885/354, дата производства 11-2018.
2. Покупателям, лечебным учреждениям осуществить возврат медицинских изделий данной партии своим поставщикам.
3. По всем вопросам относительно сути данного письма обращаться к уполномоченному представителю ООО «СЛУЖБА КРОВИ» по тел. 8(495)987-20-87 или по электронной почте slkr@yandex.ru

Генеральный директор
ООО «СЛУЖБА КРОВИ»

Курносова Наталья Викторовна