



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

09 АПР 2020

№ 024-640/20

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что на основании информации, поступившей от ООО «Дирекция фонда «МГИ», производителя медицинского изделия «Изделия компрессионные эластичные для лечения и профилактики образований послеожоговых рубцов, «МГИ-Джобст» по ТУ 9396-004-40151795-2002», производства «Дирекция фонда «МГИ», Россия, регистрационное удостоверение от 27.01.2017 № ФСР 2007/00052, срок действия не ограничен, производителем принято решение о добровольном отзыве медицинских изделий, поставленных медицинским учреждениям с 21.07.2019 по 31.07.2020.

Причина отзыва: на упаковке медицинских изделий маркировка ТУ 9396-004-40151795-2002 напечатана с ошибкой.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Дирекция фонда «МГИ» (115478, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, стр. 4, эт. 2, тел./факс: + 7 (495) 748-15-47).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко

WORLD  
HUMAN  
DIMENSION  
FOUNDATION



ФОНД  
“МЕЖДУНАРОДНОЕ  
ГУМАНИТАРНОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ”

ООО “Дирекция фонда “МГИ”  
115478, г. Москва, Каширское ш., д.24, стр.4, 2 эт.  
Тел./факс: (495) 748-15-47  
ИНН 7724040530, КПП 772401001,  
р/с 40702810400000027078 Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО)  
к/с 30101810345250000745, БИК 044525745, ОКПО 40151795  
Internet: [www.whdf.ru](http://www.whdf.ru)

25 февраля 2020 года.  
Исх. № 17/20

Субъектам обращения медицинских изделий  
от ООО «Дирекция фонда «МГИ»

Уважаемые коллеги!

Настоящим письмом ООО «Дирекция фонда «МГИ» выражает вам своё почтение и обращает Ваше внимание на следующую информацию. 21 июля 2019 года была отпечатана в типографии и доставлена производителю упаковка для компрессионного белья Native (Регистрационное удостоверение ФСР 2007/00052 от 27 января 2017 года на медицинские изделия «Изделия компрессионные эластичные для лечения и профилактики образований послеожоговых рубцов, «МГИ-Джобст» по ТУ 9396-004-40151795-2002), изготовляемого по заказу ООО «Нэйтив» На упаковке указанной продукции маркировка ТУ 9396-004-40151795-2002 напечатана с ошибкой, а именно: 9 96-004-40151795-2002 в цифре 9 96 не указана цифра 3. В связи с этим ООО «Дирекция фонда «МГИ» отзывает свою продукцию, поставленную медицинским учреждениям с 21 июля 2019 года по 31 июля 2020 года и просит потребителей нашей продукции вернуть её ООО «Нэйтив» для отправки производителю для переупаковки. Транспортные расходы производитель берёт на себя. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Генеральный директор  
ООО «Дирекция фонда «МГИ»



Шмелькин Б.В.