



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



21.04.2020 № 01И-687/20

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от производителя ООО «ЛУЖСКИЙ ЗАВОД «БЕЛКОЗИН» медицинских изделий: «Губки биодegradуемые коллагеновые гемостатические, ранозаживляющие, противоожоговые, ТУ 9393-001-00417467-2006. Вариант исполнения: Губка гемостатическая (с фурацилином и борной кислотой), ранозаживляющие, противоожоговые 50x50x7 мм», номер партии 130818, производства ООО «Лужский завод «Белкозин», Россия, регистрационное удостоверение от 27.04.2018 № ФСР 2012/13528, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 23.12.2019 № 01И-3069/19 «О приостановлении применения медицинского изделия».

В случае возникновения вопросов и для получения дополнительной информации, вы можете обратиться в ООО «ЛУЖСКИЙ ЗАВОД «БЕЛКОЗИН» по телефону: 8 (495) 274-07-77.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

А.В. Самойлова



Общество с ограниченной ответственностью  
«ЛУЖСКИЙ ЗАВОД «БЕЛКОЗИН»

Исх № 1-03/102 от 13.03.202

**Уведомление об отзыве**

медицинского изделия «Губка гемостатическая (с фурацилином и борной кислотой) размер 50x50x7 мм (партия 130818) производства ООО «ЛУЖСКИЙ ЗАВОД «БЕЛКОЗИН», Россия

**Уважаемый пользователь и потребитель!**

Цель настоящего письма – сообщить Вам что, ООО «ЛУЖСКИЙ ЗАВОД «БЕЛКОЗИН» отзывает медицинское изделие «Губка гемостатическая (с фурацилином и борной кислотой) размер 50x50x7 мм (партия 130818 годен до 08 21).

Причина отзыва: письмо от 11.02.20г. № 10-7014/20г. об отзыве медицинского изделия «Губка гемостатическая (с фурацилином и борной кислотой) размер 50x50x7 мм (партия 130818) производства ООО «ЛУЖСКИЙ ЗАВОД «БЕЛКОЗИН», Россия.

Действия, которые должны быть предприняты пользователем:

1. Ознакомиться с Уведомлением об отзыве.
2. Проверить наличие на складе указанной партии медицинского изделия.
3. Отправить заявку на электронный адрес нашего предприятия (e-mail: [office@belkozin.ru](mailto:office@belkozin.ru)) с количеством несоответствующей продукции.

Мы приносим извинения за любые неудобства, причиненные вашему учреждению (организации).

По всем вопросам, касающимся отзыва, вы можете обратиться в коммерческий отдел, ООО «ЛУЖСКИЙ ЗАВОД «БЕЛКОЗИН» по телефону: +7 (495)274-07-77.

Генеральный директор  
ООО «ЛУЖСКИЙ ЗАВОД «БЕЛКОЗИН»



М.М. Тихонов