



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

09.06.2020 № 02И-1072/20

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2371907

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от уполномоченного представителя производителя ЗАО «Медицинское предприятие «Симург» медицинского изделия «Зонд аспирационный «Юнона» Classic» по ТУ ВУ 300046934.014-2009», серия 2019-05, производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь, регистрационное удостоверение от 19.07.20110 № ФСЗ 2010/07444, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 09.04.2020 № 02И-658/20 «О приостановлении медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ЗАО «Медицинское предприятие «Симург» по телефону (812)3329170.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

А.В. Самойлова



«Медицинское предприятие «Симург»

Исх № 20/20 от 16.04. 2020
г. Санкт-Петербург

Уведомление об отзыве

медицинского изделия «Зонд аспирационный «Юнона» Classic по ТУ ВУ 300046934.014-2009», серия 2019-05, производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07444 от 19.07.2010, срок действия не ограничен.

Уважаемый пользователь и потребитель!

Цель настоящего письма - сообщить Вам, что ООО «Медицинское предприятие «Симург» отзывает медицинское изделие «Зонд аспирационный «Юнона» Classic по ТУ ВУ 300046934.014-2009», серия 2019-05, производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07444 от 19.07.2010, срок действия не ограничен.

Причина отзыва: уведомление № 02и-658/20 от 09.04.2020г.

«О приостановлении применения медицинского изделия» в связи с угрозой причинения вреда здоровью граждан.

Действия, которые должны быть предприняты пользователем:

1. Ознакомиться с Уведомлением об отзыве.
2. Проверить наличие на складе указанной серии медицинского изделия.
3. Отправить заявку на электронный адрес нашего предприятия (e-mail: office@mp-simurg.ru) с количества несоответствующей продукции.

Мы приносим извинения за любые неудобства, причиненные вашему учреждению.

По всем вопросам, касающимся данного отзыва, вы можете обратиться в ООО «Медицинское предприятие «Симург» Электронный адрес office@mp-simurg.ru, телефон (812)3329170

Генеральный директор

ООО «Медицинское предприятие «Симург»



/Тетюев С.П./