



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2374747

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

29.06.2020 № ОИИ-1208/20

На № _____ от _____

Об отмене действия
информационного письма
от 25.11.2019 № 01И-2845/19
и изъятии из обращения
отдельной партии
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий», приказом Росздравнадзора от 09.12.2019 № 9260 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по осуществлению государственного контроля за обращением медицинских изделий» на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора отменяет действие информационного письма Росздравнадзора от 25.11.2019 № 01И-2845/19 и сообщает об изъятии из обращения отдельной партии медицинского изделия:

«Жидкость электродная контактная с высокой электропроводимостью «Акугель-Спрей» 250 г. по ТУ 9398-005-66242897-2015», серия № 0109Ж, дата производства 09.2018, производства ООО «МедиКрафт», Россия, регистрационное удостоверение от 29.12.2017 № РЗН 2016/3825, срок действия не ограничен.

Приказ Росздравнадзора от 29.06.2020 № 5474.

Руководитель

А.В. Самойлова