



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

26.01.2021 № ОИЧ - 97/21

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2422597

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от производителя ООО «Эвтекс» медицинского изделия «Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93», дата производства 2 кв. 20, партия П0604, регистрационное удостоверение от 15.10.2014 № ФСР 2007/01317, срок действия не ограничен (далее - Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «ЭВТЕКС» по телефону + 7 499 7071009.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



Общество с Ограниченной Ответственностью

153025 Россия, г. Иваново ул. Тимирязева, дом 1, офис 18,

Тел: +7 499/ 707 10-09

E-Mail: [evers@evers.ru](mailto:evers@evers.ru)

<http://www.evers.ru>

Исх.№ 0412 от 4 декабря 2020г.

В ответ на Ваше письмо

№ 01И-2280/20 от 03.12.2020г.

Федеральная служба по надзору

в сфере здравоохранения

**Уведомление об отзыве медицинского изделия**

«Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, размер 5мх10см», дата производства 2 кв. 20, партия П0604, РУ № ФСР 2007/01317 от 15.10.2014г., производства ООО «Эвтекс».

**Уважаемые пользователи и потребители,**

Сообщаем об отзыве медицинского изделия «Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, размер 5мх10см», дата производства 2 кв. 20, партия П0604, РУ № ФСР 2007/01317 от 15.10.2014г., производства ООО «Эвтекс».

Причина отзыва: результаты проведения проверки территориальным органов Росздравнадзора по Ярославской области медицинского изделия технических показателей (длина МИ не соответствует указанной в КРД).

Медицинское изделие не представляет угрозы жизни и здоровью людей.

Действия, которые должны быть предприняты:

1. Проверить наличие медицинского изделия «Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, размер 5мх10см», дата производства 2 кв. 20, партия П0604, РУ № ФСР 2007/01317 от 15.10.2014г., производства ООО «Эвтекс» на складе.
2. Отправить сообщение на электронный адрес нашего предприятия [evers@evers.ru](mailto:evers@evers.ru) с указанием количества.

По всем вопросам, касающимся данного отзыва, вы можете обратиться по электронной почте или телефону +7 499 7071009 к Максимовой Ирине Васильевне.

Директор  
ООО «ЭВТЕКС»



Е.В.Бородина