



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

31.03.2021 № 01и-394/21

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2439113

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Корвэй» уполномоченного представителя производителя медицинского изделия:

«Игла-бабочка IMPROVACUTER®. Игла медицинская Improvacuter для взятия крови, тип: Игла-бабочка Improvacuter® соединенная с луер-адаптером с резьбой, размер 23Gx3/4"(0.6x19MM), Кат.№ 594123190», LOT 20171025, производства «Гуанчжоу Импрув Медикал Инструменте Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение от 06.02.2017 № ФСЗ 2010/07130, срок действия не ограничен (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 22.12.2020 № 01и- 2406/20 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Корвэй» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



ООО «Корвэй» ИНН 7813133345 ОГРН 1027806871454
Головной офис в Санкт-Петербурге:
197110, ул. Большая Зеленин, д.8, к. 2, офис 47Н
Тел./факс: (812) 677-06-06
Обособленное подразделение в Москве:
125445, Москва, ул. Смольная, д.24а., офис 1011
Тел./факс: (495) 989-86-90
www.corway.ru info@corway.ru

Исх. № 2/1 от 18.01.2021 г.

Субъектам обращения медицинских изделий.
Медицинским организациям
(получившим данный лот)

**Информационное письмо
о проведении коррекционных мероприятий**

ООО «Корвэй» сообщает, что Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) была проведена экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинского изделия: «Игла-бабочка IMPROVACUTER. Игла медицинская Improvacuter для взятия крови, тип: Игла-бабочка Improvacuter соединенная с луер-адаптером с резьбой, размер 23Gx3/4 (0.6x19MM), кат. № 594123190», LOT 20171025, производства «Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай, с указанным на этикетке регистрационным удостоверение № ФСЗ 2010/07130 от 06.02.2017.

В связи с этим, ООО «Корвэй» просит проверить складские остатки на наличие данного товара и в случае обнаружения данных изделий незамедлительно сообщить ООО «Корвэй» и изъять из обращения ввиду отзыва медицинского изделия.

Генеральный директор ООО «Корвэй»
М.П.



/Линд В.А.