



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

06.04.2021 № 010-425/21

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2439309

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что на основании информации, поступившей от ООО «Шаклин», поставщика медицинского изделия «Иглы медицинские», производства «Веньчжоу Бэйпу Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение от 25.02.2011 № ФСЗ 2011/09136, срок действия не ограничен, производителем принято решение о добровольном отзыве некоторых партий медицинского изделия (см. Приложение).

Причина отзыва: письмо Росздравнадзора от 02.02.2021 № 10-4889/21 «О необходимости принятия мер на основании результатов экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Шаклин» (630090, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, офис 901, тел.+7 (383) 336-01-23, факс: 332-80-44).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



Общество с Ограниченной Ответственностью

“ Ш А К Л И Н ”

630090, г.Новосибирск, ул. Демакова, 30, а/я 393

тел. (383) 336-01-23. факс. 332-80-44

р/с 40702810800000000659 в КБ «Акцепт»

к/с 30101810700000000815 БИК: 045025815

ИНН/КПП: 5408132355/540801001

Исх. № 003-02/21 от «19» февраля 2021 г.

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Об отзыве медицинского изделия  
по РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011

Общество с ограниченной ответственностью "Шаклин" (ООО "Шаклин") завезло и реализует медицинское изделие «Иглы медицинские: Иглы инъекционные, Размер: 07х40мм (22G x11/2")», LOT 042018302, дата производства 042018, годен до 0321, производства «Веньчжоу Бэйпу Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011, на территории Российской Федерации.

Настоящим письмом ООО "Шаклин" сообщает о добровольном отзыве медицинского изделия «Иглы медицинские: Иглы инъекционные, Размер: 07х40мм (22G x11/2")», LOT 042018302, дата производства 042018, годен до 0321, производства «Веньчжоу Бэйпу Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 из оборота с территории Российской Федерации.


Отзыв вышеуказанного медицинского изделия производится на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 10-4889/21 от 02.02.2021г.

Субъектов обращения медицинских изделий просим своевременно выявить наличие неиспользованных изделий «Иглы медицинские: Иглы инъекционные, Размер: 07х40мм (22G x11/2")», LOT 042018302, дата производства 042018, годен до 0321, производства «Веньчжоу Бэйпу Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011, с целью возврата завозчику - ООО «Шаклин», Россия, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30, оф. 901, тел. 8(383) 336-01-23.

Приносим свои изв  
необходимости готовы предос

неудобства, в случае  
снения.

Управляющий  
ООО «Шаклин»



ИП А.В. Романов