



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

19.10.2021 № Оле - 1393/21

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2473640

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО "Ткацкая фабрика 2» производителя медицинских изделий:

«Бинт марлевый стерильный 10 м X 16 см по ТУ 9393-001-32947348-2010, артикул-3», партия 93, дата производства Дата стерилизации III кв. 2020г., срок годности 5 лет, производства ООО «Ткацкая фабрика 2», Россия, регистрационное удостоверение от 10.03.2011 № ФСР 2011/10227.

Причина отзыва: отрицательные заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора по результатам экспертиз при проведении государственного контроля за обращением медицинских изделий.

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО "Ткацкая фабрика 2", по тел. 8 (499) 744-69-95, электронная почта: tfm-light@mail.ru

Приложение на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора  
от 19.10.2021 № 014-1393/21

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТКАЦКАЯ ФАБРИКА 2»**

**601337, Владимирская область, Камешковский район, п. им. Карла  
Маркса, ул. Шоссейная, 11**

Исх. № 67 от 16.09.2021 года

Субъектам обращения медицинских  
изделий

Федеральная служба по надзору в сфере  
здравоохранения (Росздравнадзор)

109074, Москва, Славянская пл. д.4, стр.1

Настоящим сообщаяю, что Общество с ограниченной ответственностью «Ткацкая фабрика 2» уведомляет субъектов обращения медицинских изделий о добровольном отзыве медицинского изделия Бинт стерильный, размер 10 x 16см., дата производства, стерилизации III кв. 2020 года, партия 93, Артикул 3 (далее - изделие) «Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ТУ 9393-001-32947348» для проведения производителем проверки данного изделия на соответствие техническим требованиям.

Данная проверка проводится в связи с появлением информации о несоответствии данного изделия некоторым параметрам технической документации и для устранения причин возникновения такого несоответствия.

Все реализованные и неиспользованные конечным потребителем данные изделия подлежат замене на аналогичные изделия других партий.

В случае обнаружения данных изделий возврат и обмен будет произведен нами через организацию, поставившую в Ваш адрес данное изделие.

В случае возникновения вопросов у потребителя данного изделия прошу обращаться к представителям ООО «Ткацкая фабрика 2» по телефонам (495) 718-46-01, или по электронной почте [tfm-light@mail.ru](mailto:tfm-light@mail.ru)

Генеральный директор  
ООО «Ткацкая фабрика 2»



О.Н. Бударина