



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

24.10.2022 № 01И-1109/22

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия



2542224

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с получением информационного письма от уполномоченного представителя производителя ООО «Вектор Медикал» к субъектам обращения медицинских изделий в рамках корректирующих мероприятий сообщает об отзыве медицинского изделия «Катетер», REF: 050-20-12, CH/FR: 12», производства «Флексикэр Медикал Лимитед», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, сопровождаемое регистрационным удостоверением от 26.11.2008 № ФСЗ 2008/03048, срок действия не ограничен.

Причина отзыва: информационное письмо от 09.09.2021 № 01И-1142/21 «О незарегистрированном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Вектор Медикал» (см. приложение).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

ООО «Вектор Медикал»

127015, Россия, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корпус 1, помещение LXXXIV
тел. (495) 229-6780, факс (495) 229-6780, e-mail: vmedmail@gmail.com ИНН 7715665422

Субъектам обращения медицинских изделий

Информируем, что в рамках Программы корректирующих мероприятий для предотвращения обращения на территории Российской Федерации медицинского изделия «Катетер», REF: 050-20-12, CH/FR: 12», производства «Флексикэр Медикал Лимитед», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, сопровождаемого регистрационным удостоверением № ФСЗ 2008/03048 от 26.11.2008 (далее - медицинское изделие), во исполнение предписаний Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор),

- обращение медицинского изделия на территории Российской Федерации прекращено;
- ООО «Вектор Медикал» отзывает оставшееся в обращении медицинское изделие, предлагает вернуть его для последующего уничтожения, возместить убытки, причиненные приобретателям в связи с отзывом продукции.

Реквизиты ООО «Вектор Медикал» для обращения: тел. (495) 229-67-80.

Генеральный директор
ООО «Вектор Медикал»



Д.В. Деулин