



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74
www.roszdravnadzor.gov.ru

26.09.2023 № 014-798/23

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2567222

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации


Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании информации, поступившей от АО "Казанский медико-инструментальный завод", производителя медицинского изделия «Каналонаполнители по ТУ 9439-166-05519988-2004», регистрационное удостоверение от 02.11.2017 № ФСР 2011/11128, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает о добровольном отзыве некоторых партий Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 06.07.2023 №№ 10-38340/23, 10-38341/23, 10-38342/23 о возможном причинении вреда здоровью при применении медицинского изделия.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в АО "Казанский медико-инструментальный завод" по контактным данным, указанным в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**КАЗАНСКИЙ
МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД**

420021, РФ, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, д. 12

тел./факс: (843) 221 93 00 / 43

e-mail: pr.kmiz@mail.ru

www.kmizgroup.ru

№ 637

На № _____

" 19 " июля 2023г.

Субъектам обращения
медицинских изделий.

18.07.2023г. в АО «Казанский медико-инструментальный завод», г.Казань поступили письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор): № 10-38340/23 от 06.07.2023г., № 10-38341/23 от 06.07.2023г., № 10-38342/23 от 06.07.2023г. о возможном причинении вреда здоровью при применении медицинского изделия «Каналонаполнители для углового наконечника КНУ 025», «Каналонаполнители для углового наконечника КНУ, комплектные», производства АО «Казанский медико-инструментальный завод», г.Казань, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11128 от 02.11.2017, срок действия не ограничен.

С целью недопущения обращения недоброкачественного медицинского изделия АО «Казанский медико-инструментальный завод» просит всех субъектов обращения медицинских изделий провести проверку наличия медицинского изделия собственного производства «Каналонаполнители для углового наконечника КНУ 025, L25мм»: партия № 395, дата изготовления 01.2023, срок годности 01.2028, партия № 19762, дата изготовления 12.2022, срок годности 12.2027, медицинского изделия «Каналонаполнители для углового наконечника КНУ, L25мм, комплектные»: партия № 15589, дата изготовления 10.2022, срок годности 10.2027, и в случае выявления, обратиться к сотрудникам АО «КМИЗ» по контактным телефонам (843)221-93-20, (843)221-93-32 или e-mail: info@kmizgroup.ru для осуществления возврата данных партий продукции на завод-изготовитель.

И.О.Генерального директора
АО «КМИЗ»

Р.М.Галимуллин