



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

www.roszdravnadzor.gov.ru

09.10.2023 № 072-854/23

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от уполномоченного представителя производителя ООО «Матрикс» медицинского изделия «Комплект для проведения инфузии в центральную вену новорожденного с нерентгеноконтрастным «Неолайн» катетером, однократного применения, стерильный ТУ 32.50.13-002-63922083-2021», партия: 030223, дата выпуска: 02.2023, срок годности: 02.2026 производства: ООО «Матрикс», сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении от 18.03.2022 № РЗН 2016/5030, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Матрикс» по телефону 8 (343) 270-93-58 или по электронной почте matrix-ekb@mail.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО „Матрикс”

620028 г. Екатеринбург, ул. Татищева, 94-40

Субъектам обращения
медицинских изделий

Всем заинтересованным
организациям

«21» сентября 2023 г. Исх. № 41

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «Матрикс» уведомляет субъектов обращения медицинских изделий о добровольном отзыве медицинского изделия «Комплект для проведения инфузии в центральную вену новорожденного с перентгеноконтрастным «Неолайн» катетером, однократного применения, стерильный ТУ 32.50.13-002-63922083-2021», партия 030223, дата выпуска 02.2023, срок годности 02.2026, производства «Матрикс», в связи с выявлением несоответствий требованиям технической документации в части характеристик на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИМТ» о недоброкачественном медицинском изделии.

При обнаружении данных изделий возврат и обмен необходимо произвести через организации, поставивших в Ваш адрес изделия.

В случае возникновения вопросов у потребителя данного изделия, прошу обращаться к производителю ООО «Матрикс» по тел. 8(343)2709358 или по электронной почте matrix-ekb@mail.ru.

С уважением,
Директор ООО «Матрикс»



Д. В. Новиков