



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012  
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38  
[www.roszdravnadzor.gov.ru](http://www.roszdravnadzor.gov.ru)

26.01.2024 № 014 - 76/24

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2577291

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от уполномоченного представителя производителя ООО «Авран ЛК» медицинского изделия «Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский на тканой основе, хлопковый, гипоаллергенный, размер 3 см x 500 см катушка в картонной упаковке», партия номер: 20210820, дата изготовления (упаковывания): 08.2021 г., использовать до: 08.2026, изготовитель: «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении от 27.04.2017 № ФСЗ 2008/01442, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Авран ЛК» по телефону: +7 (495) 181-79-50.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



Субъектам обращения  
медицинских изделий

Исх. № 71 от 27.12.2023  
На № 10-35724/23 от 26.06.2023



Об отзыве медицинского изделия

Компания ООО «Авран ЛК», 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д. 70, корп. 2, этаж 1, помещение 13, офис 1А тел.: +7 (495) 181-79-50, уполномоченный представитель производителя, сообщает об отзыве из обращения медицинского изделия «Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский на тканой основе, хлопковый, гипоаллергенный, размер 3 см х 500 см катушка в картонной упаковке», партия номер 20210820, дата изготовления (упаковывания) 08.2021 г, использовать до 08.2026 г, изготовитель «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.» КНР, регистрационное удостоверение №ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017г, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие).

Причина отзыва - информационное письмо Росздравнадзора № 10-35724/23 от 26.06.2023 г. о выявленных несоответствиях.

При наличии складского остатка данной партии товара просьба осуществить возврат медицинского изделия. Если вы реализуете данную продукцию другим учреждениям, просьба проинформировать ваших покупателей о необходимости изъятия из обращения вышеуказанной партии товара. Возврат покупателем осуществляется в адрес ООО «Авран ЛК» и за его счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Генеральный директор  
ООО «Авран ЛК»



Позняк В.А.