



Министерство здравоохранения
Российской Федерации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

30.04.2015 № 014-721/15

На № _____ от _____

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

О фальсифицированном
медицинском изделии

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует о выявлении фальсифицированных внутридермальных имплантатов Juvederm ULTRA 4, номер серии S30LA30262, производства «АЛЛЕРГАН», Франция, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03997 от 29.12.2012, срок действия не ограничен.

В приложении к письму приведены отличительные признаки фальсифицированной продукции.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинской продукции провести проверку наличия в обращении фальсифицированного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации такого медицинского изделия, и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н (регистрация Минюста России от 07.08.2013 № 29290).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

М.А. Мурашко

Отличительные признаки фальсифицированной продукции:

Продукт	Имплантат внутридермальный Juvederm Ultra 4
Номер серии	S30LA30262. Нам известно об одной серии продукта, которая имеет такой же номер серии, как и оригинальный филлер. Однако могут циркулировать и другие серии.
Дата производства	На фальсифицированном продукте указано «2014.04»
Срок годности	На фальсифицированном продукте указано «2016.03»

Фальсифицированный продукт	Оригинальный продукт
На одной из сторон вторичной упаковки указано: «SCIENCE OF ERJUVENATION» вместо: «SCIENCE OF REJUVENATION»	
Текст на арабском языке некорректный	
Шрифт слова ALLERGAN отличается от оригинального	