



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

28.10.2015 № 014-1839/15

На № _____ от _____



2051928

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

О приостановлении применения
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий», в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, сообщает о приостановлении применения медицинского изделия «Бинты марлевые гипсовые БМГ-Сд-«КР» по ТУ 9393-001-41958436-2004 следующих типоразмеров: 3м x 10см; 2,7м x 10см; 3м x 15см; 2,7м x 15см; 3м x 20см; 2,7м x 20см», вариант исполнения «Бинты марлевые гипсовые БМГ-Сд-«КР» по ТУ 9393-001-41958436-2004, 3м x 15см», производства ООО «Спецдеталь», г. Краснодар, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05052 от 11.03.2012, срок действия не ограничен, на основании приказа Росздравнадзора от 28.10.2015 № 7864.

Руководитель

М.А.Мурашко