



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 46 11

24.08.2012 № 044-769/12

На № _____ от _____

О незарегистрированном
медицинском изделии

Субъектам обращения
медицинских изделий

Управлениям Росздравнадзора
по субъектам Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о поступившей от Управления Росздравнадзора по Орловской области информации о выявлении в обращении незарегистрированного медицинского изделия:

- «Аппарат вакуумного массажа ВМ-50» (предназначен для инфразвукового пневмомассажа глазного яблока), производитель НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ВЕСТА», г. Москва.

Аппарат сопровождается фальсифицированным регистрационным удостоверением № 29/06050797/3059-02 от 22.01.2002, действительно до 14.07.2007 (срок действия истек) на «Изделие медицинской техники: Аппарат для вакуумного массажа ВМ-50-01», предприятие-производитель ООО «Веста», г. Москва. Указанное регистрационное удостоверение выдано на «Изделие медицинской техники: Аппарат для вакуумного массажа ВМ-50-01-«Микро-В» производства ООО «Научно-производственное предприятие «МИКРО-ЭНВО», г. Воронеж.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинской продукции провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации и о результатах проинформировать соответствующее территориальное управление Росздравнадзора.

Управлениям Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Росздравнадзора по исполнению государственной функции по контролю за производством, оборотом и использованием изделий медицинского назначения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 08.09.2011 № 1027н (регистрация Минюста России от 28.11.2011 № 22408).

Врио руководителя

Е.А.Тельнова