



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74



2081640

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных органов  
Росздравнадзора

20.04.2016 № 01и-796/16

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О приостановлении применения  
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий», в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, и на основании заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, сообщает о приостановлении применения медицинского изделия «Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-01 «ЭФА», модель 0201, производства ООО «Эфа» (198504, Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр., 2/18, пом.3Н лит.А), регистрационное удостоверение № ФС 022а0901/3522-06 от 08.08.2006, сроком действия до 08.08.2011, на основании приказа Росздравнадзора от 20.04.2016 № 3359.

Руководитель

М.А. Мурашко