



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

*26.04.2016* № *01И-863/16*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отмене информационного письма  
Росздравнадзора  
от 28.12.2015 № 01И-2317/15



Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения отменяет действие информационного письма Росздравнадзора от 28.12.2015 № 01И-2317/15 «О недоброкачественном медицинском изделии» на основании рассмотрения сведений о корректирующих мерах, принятых производителем в отношении медицинского изделия «Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93», производства ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», 155814, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.24, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07468 от 28.06.2011, срок действия не ограничен.

Руководитель

М.А. Мурашко