



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации



2118957

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

01.11.2016 № 014-2136/16

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского  
изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с поступившей информацией от производителя ООО «Гарант-Новгород» (прилагается) сообщает об отзыве медицинского изделия «Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см», дата изготовления 2015 г., производства ООО «Гарант-Новгород», регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07886 от 27.05.2010.

Контактный тел/факс: 8122671879 для получения дополнительной информации.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации медицинского изделия, несоответствующего обязательным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий», утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н.

Приложение на 1 л.

Руководитель

М.А. Мурашко

**Общество с Ограниченной Ответственностью  
«Гарант-Новгород»**

р/сч 40702810322370001023  
173020 Великий Новгород  
ул. Химиков 24А  
тел\факс (816-2) 67-18-79

Филиал «С-Петербургская дирекция  
ОАО «Уралсиб» г. С-Петербург  
к/сч 30101810800000000706  
БИК 044030706

Приложение 1

05.10.2016 № 345

Всем заинтересованным организациям и  
учреждениям

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Новгород» сообщает, что согласно информационного письма Росздравнадзора № 01И-1880/16 от 28.09.2016 г. «о выявлении в обращении на территории Новгородской области недоброкачественного медицинского изделия «Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см, дата изготовления 2015 года производства ООО «Гарант-Новгород» регистрационный номер ФСР 2010/07886 от 27.05.2010 г. и по результатам экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора в части: размеров, внешнего вида бинтов, маркировки, первичной упаковки, разрывной нагрузки и толщины спрессованных бинтов», письма Росздравнадзора от 28.09.2016 № 10-44322/16 отзывает выше указанную продукцию с датой изготовления 2015 год для утилизации и замены на качественную продукцию.

Контактные телефоны для обращения:

Тел/факс 8122671879

Генеральный директор Козлов Александр Викторович

Генеральный директор



В.Козлов